

雅安市名山区中医医院

前期市场调研文件

项目名称：雅安市名山区中医医院医疗设备采购需求市场调研项目（第二次）

项目编号：名中医一政采 1 号

采购人：雅安市名山区中医医院

二〇二六年七月



地址：名山区新东街 302 号 邮编：625100

联系电话：0835-3227277 邮箱：554507384@qq.com

第一章 前期市场调研邀请公告

雅安市名山区中医医院拟对一批医疗设备进行前期市场调研、询价，现特邀请符合本次调研要求的供应商参加。

一、项目名称：雅安市名山区中医医院医疗设备采购需求市场调研项目（第二次）

二、资金来源：单位自筹资金

三、项目编号：名中医一政采1号

四、需求调研内容：

序号	设备名称	数量	单价（万元）	最高限价（万元）	备注
1	空气消毒机	1	1.9	1.9	不允许进口
2	移动柜式消毒机	1	1.6	1.6	不允许进口
3	移动式消毒机	2	0.8	1.6	不允许进口
4	移动式消毒机	8	0.75	6	不允许进口
5	壁挂式消毒机	2	0.55	1.1	不允许进口
6	全自动清洗消毒器	1	18	18	不允许进口
7	极速生物阅读器	1	4.5	4.5	不允许进口
8	牙科微动力系统	1	5	5	不允许进口
9	超声骨刀机	1	3	3	不允许进口
10	微波治疗仪	1	2.8	2.8	不允许进口
11	电针治疗仪	20	0.08	1.6	不允许进口
合计				47.1	

注：潜在供应商应提供此表格内的所有设备，若提供设备不全，则作为无效报价。

五、调研基本要求

（一）设备基本要求（实质性要求）

1. 空气消毒机 （单价 1.9 万元）

- 1.1 适用于二级生物安全实验室，满足人机共存标准；
- 1.2 具备中文液晶显示屏，可显示运行模式、工作时间、故障报警等信息；
- 1.3 适用空间 $\geq 200\text{m}^3$ ，对白色葡萄球菌杀灭率 $\geq 99.9\%$ ；
- 1.4 具备定时开关机、异常停机保护功能；
- 1.5 安装方式：吸顶/柜式/壁挂式；
- 1.6 产品使用年限 ≥ 6 年。

2. 移动柜式消毒机 （单价：1.6 万元）

- 2.1 产品可人机共存动态消毒。
- 2.2 适用空间： $\geq 150\text{m}^3$ 。
- 2.3 循环风量： $1500\text{m}^3/\text{H}$ 。
- 2.4 工作时间： ≥ 60 分钟。
- 2.5 采用移动式安装方式，配备医用静音脚轮，移动灵活方便；
- 2.6 采用等离子体+静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底。

3. 移动式消毒机 （单价：0.8 万元）

- 3.1 适用于二级生物安全实验室，要求为移动式一体化设计，底部带万向轮及刹车装置，机身耐腐蚀易清洁；
- 3.2 具备中文液晶显示屏，可显示运行模式、工作时间、故障报警等信息、具备定时功能；
- 3.3 适用空间： $\geq 100\text{m}^3$ ，达人机共存标准；
- 3.4 对白色葡萄球菌杀灭率 $\geq 99.9\%$ ；
- 3.5 产品使用年限 ≥ 6 年。

4. 移动式消毒机 （0.75 万元）

- 4.1 适用空间： $\geq 100\text{m}^3$ ，采用等离子体+静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底。
- 4.2 高、中、低三挡可调风速，液晶显示，远程红外遥控
- 4.3 可手动、定时、临时多种工作模式，可手控、遥控等多种控制方式。
- 4.4 等离子体发生器的使用寿命 $\geq 50000\text{h}$
- 4.5 带静万向脚轮，可任意移动。
- 4.6 具有报警功能。

5. 壁挂式消毒机 （0.55 万元）

5.1 适用体积 $\geq 100\text{m}^3$;

5.2 循环风量: $1000\text{m}^3/\text{H}$;

5.3 工作时间: ≥ 60 分钟;

5.4 使用寿命 $\geq 25000\text{h}$;

5.5 采用壁挂式安装方式;

5.6 采用等离子体+静电吸附消毒灭菌, 杀菌广谱、彻底。

6. 全自动清洗消毒器 (单价: 18 万元)

6.1 自动完成可复用医疗器械的清洗、热力消毒与干燥, 保障器械安全、防止交叉感染;

6.2 清洗舱体材质: 316L 不锈钢, 容积 $\geq 300\text{L}$, 舱体具有照明系统;

6.3 使用期限: ≥ 10 年;

6.4 功能: 能自动完成冲洗、清洗、消毒、上润滑油、干燥等过程;

6.5 密封门: 自动升降门, 双门互锁;

6.6 运行时间: ≤ 35 分钟;

6.7 记录方式: 可自动打印过程曲线和各种运行数据, 并记录 A0 值;

6.8 控制方式: PLC 控制清洗消毒全过程, 触摸屏显示及操作, 预设内置程序和自定义程序, 具有故障自动检测、报警及故障记录;

6.9 显示界面: ≥ 7 寸彩色触摸屏, 能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数; 具有报警信息显示功能; 适合高温、高湿环境, 稳定性高;

6.10 状态识别: 清洗舱内具有不同灯光显示运行状态。

7. 极速生物阅读器 (单价: 4.5 万元)

7.1 可同时监测 1 小时压力蒸汽灭菌生物指示剂和 1 小时过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂;

7.2 培养时间; 阴性 ≤ 1 小时, 阳性报警 $\leq 15\text{min}$;

7.3 培养孔数 ≥ 10 个;

7.4 人机交互使用触摸屏, 屏幕尺寸 ≥ 7 英寸, 分辨率不低于 800×480 ;

7.5. 自带防尘罩, 可外接针式打印机, 培养结果自动打印;

7.6 自动存储培养记录 ≥ 10000 条, 存储内存不足时报警提示;

7.7 听觉和视觉报警, 监测到生物培养结束、操作不当、设备故障时, 可实时提醒工作人员;

7.8 可定制添加追溯功能，连接追溯系统；

7.9 可定期提供温度验证与荧光验证，确保阅读器温度与荧光监测系统的准确性。

8. 牙科微动力系统 （单价：5 万元）

8.1 采用高清屏幕，图形化交互，指示简单清晰；

8.2 一机 3 用，具备拔牙，高速，低速模式；

8.3 内部水路加热，提升患者舒适度；

8.4 马达具有 3 档灯光调节，LED，色温 $\geq 6000\text{K}$ ；

9. 超声骨刀机 （单价：3 万元）

9.1 具备带光手柄、照度高、查看清晰的功能；

9.2 具有多功能脚踏，手术过程中可手脚配合操控；

9.3 具有切骨模式、牙周治疗模式、根管治疗模式、管路清洗模式（包含但不限于）；

9.4 微创切割切口：长 $\leq 3.5\text{MM}$ ，宽 $\leq 0.5\text{MM}$ ，精确可控，切割创面清晰整齐。

10. 微波治疗仪 （单价：2.8 万元）

10.1 微波输出功率：0-99W，连续可调；

10.2 时间设置：0-30 分，连续可调；

10.3 显示方式：LED 数码显示；

10.4 具有过载、闭锁、误操作保护功能、具有功率调整自适应功能、具有功率异常自检功能、具有磁控管过流保护功能、具有工作温度异常报警功能、具有宽电压工作范围（包含但不限于）；

10.5 适用范围：适用于表浅部位疾病及部分炎症的治疗；

10.6 主机采用一体化推车机柜，使用年限 ≥ 8 年。

11. 电针治疗仪 （单价：0.08 万元）

11.1 可自主调节定时器；

11.2 有独立开关电源；

11.3 具备波形：连续波、疏密波、间歇波（包含但不限于）；

11.4 输出脉冲频率 1-100HZ 可调；

11.5 输出功率： $\leq 10\text{VA}$ 。

（二）商务要求（实质性要求）

1、产品整体质保期不低于 2 年；

2、技术参数及售后服务

(1) 调研人提供设备详细技术参数、功能及配置。

(2) 调研人质保期内接到通知后 2 小时内响应，12 小时到场，并承担修理调换的费用，连续 3 次出现同样故障，无条件更换新机及附件。（提供承诺函）

(3) 提供详细售后服务方案。（内容包括但不限于设备初始配置、保质期、问题讲解、员培训及技术咨询、帮助等方案）

(4) 响应文件中的配置参数及配置清单为供应商根据本次项目实际情况及预算提供的最终方案，方案中不涉及选配参数。

(三) 其他要求（实质性要求）

1、服务保证：提供详细的售后服务方案、配置清单；

2、在四川设有办事处，有厂家专业售后工程师响应售后服务。

(四) 演示要求

参与调研人须准备与本次调研需求有关的 PPT 文档，在调研时需进行现场演示（我院可提供投影和笔记本电脑使用）。演示文档在调研时进行现场演示讲解（时间控制在 20 分钟内），未提供或未准备的视为资料提交不全，取消调研资格。（PPT 演示文档包含但不限于：设备型号、功能、详细参数、配置清单、售后服务方案、售后办事处证明材料等）。

五、资金预算：47.1 万元。

六、参加调研人应具备的资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

(二) 本项目的特定资格要求：

1、投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械监督管理条例》等国家相关法律法规要求：

1.1 并提供《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。

1.2 提供生产企业的《医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》。

（适用于产品制造商投标）

1.3 提供医疗器械经营证明（经营第一类医疗不提供任何证明，经营第二类医疗器械提供备案证明或经营许可证明，经营第三类医疗器械提供经营许可证明）。（适用于经销商）

(三) 本项目不接受联合体参与调研。

七、领取调研文件时间及获取方式

(一) 调研文件的获取时间(即报名时间): 调查文件发布之日起至 2026 年 7 月 31 日, 上午 9:00 时 00 分至 12:00 时 00 分, 下午 14 时 00 分至 17 时 30 分。

(二) 调研文件的获取方式

1、现场报名: 在报名时间内带公司资质(盖鲜章)、法人代表授权委托书加盖公章(须注明项目名称、联系人及联系电话、电子邮箱、包号(如涉及)、附经办人身份证原件及加盖调研人公章的复印件到雅安市名山中医医院行政办公楼二楼采购办现场报名。

2、网络报名: 将上述资料按要求扫描后发送至 QQ 邮箱(554507384@qq.com) 进行登记报名(节假日期间可接收网络报名)。

3、调研文件获取和调研报名登记: 凡有意参加本项目者, 请在规定的时间内到指定地点领取调研文件或通过雅安市名山区中医医院官网“采购招标”栏下载获取, 在规定时间内未进行调研报名登记备案的供应商, 均无资格参加该项目的调研(调研资格不能转让)。

八、调研时间及地点

(一) 调研会签到时间: 2026 年 8 月 4 日下午 14 时 20 分

(一) 调研文件递交截止时间: 2026 年 8 月 4 日 14 时 30 分(北京时间)。

(二) 调研文件递交地点: 雅安市名山区中医医院(门诊楼 8 楼会议室)

(三) 调研文件必须在调研截止时间前送达调研地点, 逾期送达的调研文件不予接收。本次调研不接受邮寄的调研文件。

(四) 调研地点: 雅安市名山区中医医院(门诊楼 8 楼会议室)

九、采购信息发布: 本调研邀请在雅安市名山区中医医院官方网站以通知公告、采购招标形式发布。

十、联系人及联系电话

采 购 人: 雅安市名山区中医医院

采购办地址: 雅安市名山中医医院行政办公楼二楼采购办

联系人及电话: 岳先生 冯女士 邮箱: 554507384@qq.com

项目负责人及联系电话: 岳先生 0835-3227277